

水合膠鞏膜環扣帶之眼部併發症 ——個案報告

許人化¹ 張延瑞² 蔡景耀¹ 劉秀雯^{1,3} 翁林仲^{1,3,4}

目的：報告一位病患，有眼窩脹痛、眼活動度受限、結膜下腫塊等症狀；十年前並曾接受過鞏膜環扣手術

方法：病例報告

結果：一位 72 歲男性患者於門診主訴陣發性右眼窩疼痛約一個月；十年前曾因右眼視網膜剝離接受過手術。眼部理學檢查發現右眼外下側結膜下有一橢

圓形腫塊凸出（約 15mmx18mm）。眼窩探查手術中取出多塊易碎之水合膠植入物片段及一條鬆脫的縫線。術後諸如眼窩疼痛、眼活動度受限等相關症狀皆多有改善。

結論：水合膠眼窩植入物可能凸出眼窩引發各種眼部併發症。有此類症狀患者應考慮將該植入物取出。早期正確診斷及處置可防止嚴重晚期併發症。

智慧藏

投稿日期：99 年 1 月 22 日。修改日期：99 年 3 月 4 日。通過日期：99 年 4 月 1 日。

台北市立聯合醫院¹ 中興院區² 陽明院區³ 仁愛院區 眼科⁴ 國立台灣大學醫學院 眼科
聯絡人及抽印本索取：許人化 10341 台北市鄭州路 145 號 台北市立聯合醫院 中興院區 眼科